# FICHE TECHNIQUE

**INSTRUMENT : PRESSE ADHESIVE SOUS VIDE**

**Référence : E401**

**Fabriquant : EXAKT**




Pour les échantillons histologiques et autres échantillons nécessitant un ponçage fin (10 – 25 µm) il est impératif de travailler sur une surface parallèle durant le protocole.

L'E401 a été conçue pour pour appliquer des surfaces planes sur les lames sans avoir à poncer la surface préalablement. L'E401s'utilise avec la colle Technovit 4000. .

L'échantillon est monté sur une lame plastique.

Le montage parallèle de la lame permet de réaliser un plus grand nombre de coupes sur votre échantillon.

**Caractéristiques** :

- Couvercle vide
- Fonctionne avec une pompe à vide vendue séparément

Garantie 1 an pièces, Main d'œuvre et déplacement
Délai de livraison : 6 semaines à réception de commande.

TECH INTER. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.
Tél : 33 (0)1 34 94 20 40. Fax : 33(0)1 34 87 76 49. Email : sales@tech-inter.fr. site : www.tech-inter.fr